

QUINTA SPERIMENTAZIONE

5 ml rosso metile + 100 ml acqua distillata

ROSSO METILE

Assorbanza campione riferimento

λ (nm)	I misura	II misura	III misura	IV misura
340	0,183	0,171	0,171	0,171
360	0,324	0,316	0,317	0,318
380	0,524	0,519	0,522	0,524
400	0,696	0,693	0,698	0,7
420	0,77	0,767	0,772	0,775
440	0,788	0,783	0,787	0,789
460	0,742	0,732	0,732	0,732
480	0,59	0,572	0,565	0,563
500	0,423	0,395	0,381	0,377
520	0,343	0,309	0,289	0,282
540	0,292	0,258	0,238	0,232
560	0,246	0,214	0,198	0,192
580	0,09	0,073	0,068	0,066
600	0,016	0,007	0,007	0,007

SPETTRO DEL ROSSO METILE

